



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO DI CATANIA

Errata corrige al capitolato tecnico

Il capitolato tecnico pagina n 5, paragrafo "A. POMPA ", punto 2 è sostituito come segue:

"Miscelatore del solvente in grado di mantenere costante il flusso in colonna indipendentemente dalla composizione dell'eluente".

Il capitolato tecnico pagina n 6, paragrafo "B. AUTOCAMPIONATORE TERMOSTATATO ", punto 2 è sostituito come segue:

"Devono poter essere selezionati automaticamente dal software le seguenti operazioni: volume di iniezione del campione, lavaggio dell'ago d'iniezione, diluizione del campione, profondità di campionamento della soluzione in vial, velocità di aspirazione-iniezione del campione".

Il capitolato tecnico pagina n 6, paragrafo "C. FORNO DI TERMOSTATAZIONE COLONNE ", punto 1 è sostituito come segue:

"Modulo di termostatazione colonne operante almeno nel range di temperatura 20°C-80°C, senza utilizzo di gas compressi con pretermostatazione delle fasi mobili".

Il capitolato tecnico pagina n 7, paragrafo "E. SISTEMA DI PRODUZIONE DI GAS NON COMBINATO", primo capoverso è sostituito come segue:

"Il sistema deve essere oil free, idoneo per la produzione dei gas necessari al corretto funzionamento dell'apparecchiatura".

IL DIRETTORE

Dr. Giacomo GAGLIANO

Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del
D.Lgs n. 82/2005 (CAD)